

Warszawa, 28.04.2020

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr CNT-371-02/2020,  
**Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, dalej zwanej Ustawą odpowiada na pytania oraz dokonuje zmiany treści SIWZ:

PYTANIA (z dnia 27.04.2020)

**Pytanie 1**

Dotyczy pozycji 1, koncentrator.:

Czy Zamawiający dopuści Koncentrator, który posiada możliwość wytworzenia próżni 20hPa (20 mbar) spełniający wszystkie pozostałe parametry techniczne?

**ODPOWIEDŹ:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 2**

Dotyczy pozycji 2, urządzenia do mieszania i inkubacji próbek:

Czy zamawiający dopuści urządzenie z możliwością zaprogramowania 20 programów z regulacją temperatury oraz mieszania, które spełnia pozostałe parametry techniczne?

**ODPOWIEDŹ:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 3**

Dotyczy pozycji 3, wirówka laboratoryjna:

Czy Zamawiający dopuści wirówkę która posiada funkcję:

Ad pkt. 8: uruchamiania zegara po osiągnięciu 95% ustawionej prędkości

Ad pkt 22: automatycznego wyłączenia po 8, 4 ,2 lub 1 godzinie bezczynności (możliwość zmiany ustawień)?

Ad pkt 9 Posiada maksymalną pojemność do 4x1000 ml/4x5MTP przy czym spełnia wszystkie pozostałe parametry?

**ODPOWIEDŹ:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Dyrektor Centrum Cyfrowej  
Nauki i Technologii UKSW

prof. dr hab. Marek Niezgódka  
/podpis na oryginale/