

Warszawa, 27.01.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr CNT-371-13/2020,

Dostawa zestawu czujników meteorologicznych w ramach projektu „Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”.

Zamawiający odpowiada na pytania oraz dokonuje zmiany treści Zapytania Ofertowego:

SERIA 01

W załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego widnieje zapis:

"Wyładowania atmosferyczne (oraz dane archiwalne dla m. st. Warszawy od 01.01.2018)"

Czy Zamawiający oczekuje od sprzętu wgranych danych/serwera z danymi, gdzie będą umieszczone dane archiwalne z wyładowań atmosferycznych? Proszę o komentarz lub krótkie wyjaśnienie odnośnie oczekiwań Zamawiającego do otrzymania danych archiwalnych z wyładowań atmosferycznych.

Odpowiedź:

Zamawiającemu zależy na utrzymaniu ciągłości danych o wyładowaniach atmosferycznych od 01.01.2018 dla m.st. Warszawy. Dane te mogą być przekazane w formie cyfrowej na nośniku wymiennym lub na wskazanym zabezpieczonym hasłem serwerze z możliwością pobrania obserwacji.

SERIA 02

Prosimy o uzupełnienie wymagań o specyfikację techniczną czujnika wyładowań atmosferycznych

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje specyfikację techniczną czujnika wyładowań atmosferycznych.

Czujnik wyładowań ma pozwalać na:

- wykrywanie komórek burzowych w promieniu 100km z identyfikacją kierunku i odległości od punktu posadowienia stacji (Dziekanów-Leśny);
- rozróżnienie rodzaju wyładowania (doziemne, atmosferyczne);
- wskazanie prawdopodobieństwa wystąpienia gradu
- zdalny dostęp do danych pomiarowych w trybie czasu rzeczywistego

Ponadto:

Zamawiający informuje, że tytuł: „Zakup zestawu czujników inercyjnych do badania kinetyki ruchu człowieka” oraz sygnatura postępowania „CNT-371-10/2020” zamieszczone w formularzu ofertowym (strona 11 Zapytania Ofertowego) zostały zamieszczone omyłkowo.

Należy je przekreślić i zamienić właściwą nazwą „Dostawa czujników meteorologicznych. CNT-371-13/2020 ” lub pozostawić puste miejsce, gdyż właściwy przedmiot zamówienia znajduje się pod sygnaturą postępowania. Złożenie oferty bez wykreślenia omyłkowego tytułu lub sygnatury nie wpłynie na jej ważność.

Ofertę należy przekazać w formie elektronicznej na adres p.kmiec@uksw.edu.pl

Zamawiający usuwa ostatnie zdanie w punkcie VIII.4 Zapytania Ofertowego o brzmieniu: „Każdy plik należy wówczas zabezpieczyć odrębnym hasłem.”

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie Istotnych postanowień umowy, które przyjmują brzmienie określone w załączniku do niniejszego pisma.

Jednocześnie:

1. Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 05.02.2021 roku. na godzinę 11:00
2. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Załącznik: Istotne postanowienia umowy (po zmianie).

Dyrektor Centrum Cyfrowej
Nauki i Technologii UKSW

prof. dr hab. Marek Niezgódka
/podpis na oryginale/